

**Техническая спецификация
на грохот (Просеивающая машина Analysette 3 SPARTAN (Fritsch))**

1.	Страна происхождения товара	<i>Заполняется потенциальным поставщиком!</i>
2.	Производитель	<i>Заполняется потенциальным поставщиком!</i>
3.	Модель	<i>Заполняется потенциальным поставщиком!</i>

№ п/п	Наименование показателей	Требования	Технические параметры поставляемого товара и условия поставки (Заполняется потенциальным поставщиком)
1	Общее наименование	Просеивающая машина Analysette 3 SPARTAN (Fritsch)	
2	Модель	Analysette 3 SPARTAN (Fritsch)	
3	Назначение	Виброгрохот Analysette 3 SPARTAN для ситового анализа применяется на определяющих качество участках для контроля продукции. Модель SPARTAN обеспечивает оптимально соответствующую требованиям пользователя работу. Прибор является качающимся грохотом, где сита приводятся в вертикальное колебательное движение электромагнитным приводом.	
4	Метод анализа	Рассев	
5	Состояние образца	Сухой/мокрый	
6	Сухой рассев	Диапазон измерения от 0,315 мкм до 2,0мм Количество образца около 1 кг; Затрачиваемое время 3- 20 мин	
7	Мокрый рассев	Диапазон измерения от 20 мкм до 10 мм; Количество образца 20100 г; Затрачиваемое время 3-10мин	
8	Электропитание	100120/200-240В, 50-60 Гц	
9	Габариты	37 x 40 x 20 см	
10	Вес	21 кг	
11	Крышка	РА (без окошка) для 8" сит диаметром 200 мм	
12	Поддон	200 мм dia., 50мм height	
13	Комплект сит	0,315мм; 0,5мм; 0,63мм; 0,8мм; 1,0мм; 1,25мм; 1,6мм; 2,0мм (высота 50мм, диам. 200мм, нерж)	
14	Преимущества	Точность отсева и равномерное распределение отсеиваемого материала через отверстия; затяжка колонны сит EASYTWIST;	

		<p>не требуется дополнительный груз при небольших нагрузках;</p> <p>независимая от частоты сети частота колебаний сит;</p> <p>возможность включения в систему контроля испытательных средств по ИСО 9001;</p> <p>самопроверка процесса отсева через RS232 и программу автороссева для Windows;</p> <p>удобное пользование, эргономический дизайн;</p> <p>возможность использования до 10 аналитических сит и приёмного сосуда высотой 50 мм каждый за один россев;</p> <p>малошумная работа</p>	
15	Внешний вид		
16	Условия поставки и оплаты:		
16.1	Перечень документов при поставке оборудования	Паспорт качества	
16.2	Условия поставки	г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, подъём на 4 этаж, сборка и установка	
16.3	Срок закупки:	Январь 2018 г.	
16.4	Срок поставки:	До 15 марта 2018 г.	
16.5	Условия оплаты	Предоплата-0%	
16.6	Требования к упаковке оборудования	Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.	
16.7	Условия поставки	г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 168/42 , поднятие и установка на 4 этаж	
16.8	Монтаж	Установка, подключение к компьютеру и обучение по работе с просеивающей машиной Analysette 3 SPARTAN (Fritsch) обязателен	

Примечание.

Потенциальный поставщик обязан предоставить техническую спецификацию в соответствии с требованиями Заказчика, также указать перечень и количество комплектующих приборов.

Для справок контактные данные заказчика:

Специалист ОМООиП Филиала «КЯУ» ТОО «ИВТ» Гилёва Наталия

Тел.: +7 727 343 61 64 вн. (20655)

Подпись, печать потенциального поставщика

Специалист ОМООиП
Филиала «КЯУ» ТОО «ИВТ»



Гилёва Н.Г