

Приложение 1
к договору

Техническая спецификация
на деионизатор (аппарата для получения особо чистой воды)

1.	Страна происхождения товара	Заполняется потенциальным поставщиком!
2.	Производитель	Заполняется потенциальным поставщиком!
3.	Модель	Заполняется потенциальным поставщиком!

№ п/п	Наименование показателей	Требования	Технические параметры поставляемого товара и условия поставки (Заполняется потенциальным поставщиком)
1	Общее наименование	Деионизатор Водолей-М	
2	Назначение	Предназначен для получения в лабораторных условиях воды аналитической степени чистоты, используемой для приготовления растворов	
3	Основные особенности	<ul style="list-style-type: none"> • Датчики контроля уровня и качества воды, удельного сопротивления; • Три ступени очистки воды; • Один фильтр рассчитан на очистку не менее 300 л дистиллированной воды; • По электробезопасности соответствует требованиям класса 1 тип Н ГОСТ12.2.25-76 	
4	Технические характеристики	<ul style="list-style-type: none"> • Удельное сопротивление получаемой воды, не менее, Мом x см – 17,5; • Производительность, не менее 1 л/час; • Нарботка сменных картриджей (суммарный объем очищенной воды), не менее 300 л; • Объем заправляемой дистиллированной воды – 1 л; • Габаритные размеры 210x590x455 мм; • Масса заправленного деионизатора, не более 15 кг; • Питание от однофазной сети переменного тока – 220 В, 	

		50Гц; <ul style="list-style-type: none"> • Потребляемая мощность, не более, 50 ВА; • Дополнительный сменный фильтр 	
5	Условия поставки и оплаты:		
5.1	Перечень документов при поставке оборудования	Паспорт качества	
5.2	Условия поставки	г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, подъём на 4 этаж, сборка и установка	
5.3	Срок закупки:	Январь 2018 г.	
5.4	Срок поставки:	До 31 мая 2018 г.	
5.5	Условия оплаты	Предоплата-0%	
5.6	Требования к упаковке оборудования	Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.	
5.7	Монтаж	Обязателен монтаж и обучение по работе с деионизатором	

Примечание.

Обязательное требование:

Потенциальный поставщик обязан предоставить техническую спецификацию в соответствии с требованиями Заказчика, также указать перечень и количество комплектующих приборов.

Подпись, печать потенциального поставщика

Специалист ОООЧД. С/И Шиева А.Г.