



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на приобретение услуги по проведению сервисного обслуживания анализатора серы/углерода «LECO CS-230» ЦИЛ филиала «ИВТ-ЗЕРДЕ» ТОО «ИВТ» на 2018 г.

Целью проведения сервисного обслуживания прибора является обеспечение бесперебойной работы прибора, и своевременного выполнения испытательных работ Заказчиков.

1. Наименование и количество оказываемых услуг:

Прибор	Кол-во	Стоимость обслуживания с учетом НДС	Сумма с учетом НДС
Сервисное обслуживание Анализатора серы/углерода LECO CS-230 Работы (услуги), выполняемые с анализатором LECO во время визита: - Проверка целостности газового тракта и контроль давления; - Проверка и очистка ИК ячейки серы и углерода; - Проверка и обновление программного обеспечения для анализатора; - Подключение прибора к систему KZ-DM-LIMSAPPO1.kazatomprom.kz.; - Проверка работы системы очистки газа CF-10; - Проверка переключателя поршня и системы автоочистителя; - Проверка параметров системы: температура и напряжение (ИК ячейки серы и углерода, температуры нагревателя и каталитического нагревателя, давлению в системе, напряжения анодного и сеточного тока) - Настройка и калибровка прибора; - Проведения профилактических работ анализатора; - Устранение выявленных сбоев в настройках прибора. Количество визитов – 1 (один) визит. Продолжительность визита – не более 3 (трех) рабочих дней.	1	2 435 000,00	2 435 000,00
ВСЕГО с учетом НДС:			2 435 000,00

2. Гарантия и квалификация исполнителя услуг:

- 2.1. Обслуживание должны проводить квалифицированные и сертифицированные специалисты.
- 2.2. Поставщик должен предоставить документы, подтверждающие квалификацию специалистов.
- 2.3. Гарантия на услуги 1 (один) год.

3. Срок оказания услуги:

- 3.1. Срок оказания услуги не должен превышать 30 дней со дня подписания договора.

Место оказания услуг: Южно-Казахстанская область, Сузакский район, п. Таукент.

И.о. начальника ЦИЛ:

Казбек Г.Ж

Инженер по обслуживанию оборудования ЦИЛ:

Искаков Б.Д