

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на приобретение услуги по проведению сервисного обслуживания прибора
«ИСП масс-спектрометр ELAN-9000» ЦИЛ филиала «ИВТ-ЗЕРДЕ» ТОО «ИВТ» на 2018 г.

Целью проведения сервисного обслуживания прибора является обеспечение бесперебойной работы прибора, и своевременного выполнения испытательных работ Заказчиков.

1. Наименование оказываемых услуг:

№	Наименование оказываемых услуг	количество
1	1) Замена контроллера генератора, PCB ICP CONTROLLER кат.номер(WE016333); 2) Замена диодного моста - BRIDGE 7KV 1.5HV WAVE кат.номер (09973339); 3) Замена наконечников для распылителя. GemTip Kit for Cross-Flow II Nebulizer, Red Ruby Nebulizer, Argon Tip Clear Nebulizer Sample Tip. кат.номер (N8120515); 4) После замены вышеперечисленных запасных частей проверить характеристику прибора и оптимизировать по всем параметрам. 5) Обеспечить полную работоспособность прибора.	1

2. Гарантия и квалификация исполнителя услуг:


- 2.1. Обслуживание должны проводить квалифицированные и сертифицированные специалисты.
- 2.2. При оказании услуг Исполнитель обязан предварительно согласовать и утвердить с Заказчиком сертифицированного специалиста, не позднее, чем за десять дней до даты начала оказания услуг.
- 2.3. Гарантия на услуги 1 (один) год.

3. Срок оказания услуги:

- 3.1. Срок оказания услуги не должен превышать 30 дней со дня подписания договора.


Место оказания услуг: Южно-Казахстанская область, Созакский район, п. Таукент, рудник «Канжуган»

И.о. начальника ЦИЛ:



Казбек Г.Ж

Инженер по обслуживанию
оборудование ЦИЛ:



Искаков Б.Д